

ul.Krakowska 64, 25-701 Kielce
fax: +48 41 34 552 20
tel.: +48 41 36 531 25 ,

“ WODOCIĄGI KIELECKIE “
Sp. z o.o.

Faks Nr HM/1055/2009

Do:\ To:	Wykonawcy	Od:\ From:	Dział Głównego Mechanika i Logistyki
Fax:	wg rozdzielnika	Str:\ Pages	
Tel.:		Data:	21.07.2009.
Dot.:	Przetargu nieograniczonego na :	DW:	
Concern	„zakup i dostawę miernika wielogazowego, aparatu powietrznego i detektora nieszczelności gazu.”	Copy to:	

Spółka z o.o. „Wodociągi Kieleckie” informuje, że w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” na **zakup i dostawę miernika wielogazowego, paratu powietrznego i detektora nieszczelności gazu** wygrała oferta :

- Pakiet I, II: SAFETY Polska Sp.z o.o. ul.Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów
- pakiet I – 3 089,04 zł brutto (2 532,00 zł netto)
- pakiet II – 6 954,00 zł brutto (5 700,00 zł netto)

Pakiet III: TRANSMEDIUM Tadeusz Mucha ul.Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała
- pakiet III – 1 537,20 zł brutto (1 260,00 zł netto)

Zarówno SAFETY Polska Sp.z o.o. ul.Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów jak i TRANSMEDIUM Tadeusz Mucha ul.Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała przedstawiły najkorzystniejsze oferty zgodne z zapisami SIWZ.

W pakiecie I : - oferta Przedsiębiorstwa ALTER S.A. została odrzucona na podstawie art. 13 ust.1 pkt c Regulaminu udzielania zamówień w spółce „Wodociągi Kieleckie” - **treść oferty nie odpowiada treści SIWZ:**

Wykonawca w swojej ofercie przedstawił urządzenie, które nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ w zakresie pkt.5 Podstawowe dane:

- gaz toksyczny – siarkowodór – zakres pomiarowy- w ofercie -0-100 ppm, w SIWZ – 0-200 ppm.
- tlen – zakres pomiarowy - w ofercie -0-25%, w SIWZ – 0-30%.


- **w pakiecie III :** - oferta Przedsiębiorstwa ALTER S.A. została odrzucona na podstawie art. 13 ust.1 pkt c Regulaminu udzielania zamówień w spółce „Wodociągi Kieleckie” - **treść oferty nie odpowiada treści SIWZ:**

Wykonawca w swojej ofercie przedstawił urządzenie, które nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ:

- czułość - w ofercie – 100 ppm, wymagana w SIWZ – 50 ppm.
- długość sondy- ok.50 cm (zapis SIWZ) – urządzenie z sondą ma wymiary ok.50 cm
- wymagane w SIWZ 10 diod, zaoferowane urządzenie posiada 7 diod.
- brak wymaganej w wyposażeniu walizki do przechowywania miernika.

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w przyszłości.

Z poważaniem


PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Produkcyjno-Handlowych
mgr Jerzy Borończyk

